

STM:n tekemät henkilösuojainten kieltopäätökset 2020; täydennys 2 luetteloon

Vaatimusten vastaiset hengityksensuojaimet Laiyuan KN95 FFP2 ja Leihuo LH KN95-01

Sosiaali- ja terveysministeriö on kieltänyt 20.11.2020 antamallaan päätöksellä VN/20997/2020 IntLog Oy:tä luovuttamasta markkinoille tai käyttöön **hengityksensuojaimia Laiyuan KN95 FFP2 ja Leihuo LH KN95-01** ja asettanut velvoitteen tiedottaa tuotteen vaatimustenvastaisuudesta jälleenmyyjille ja tuotteita ostaneille asiakkaille. Suojaimen Laiyuan KN95 FFP2 osalta markkinoilta ja käytöstä poistaminen on koskenut kaikkia suojaimia. Suojaimen Leihuo LH KN95-01 osalta markkinoilta ja käytöstä poistaminen on koskenut myyntiä muuhun käyttötarkoitukseen kuin työntekijöiden suojaamiseen koronavirukselta eli esim. myyntiä kuluttajille.

Hengityksensuojaimet on saatettu markkinoille Euroopan komission suositukseen (EU) 2020/403 perustuvan sosiaali- ja terveysministeriön linjauksen perusteella, jonka vaatimukset täyttäviä henkilösuojaimia on saanut käyttää Suomessa vain työntekijöiden suojaamiseen koronavirukselta.

Suojaimen Laiyuan KN95 FFP2 ei ole osoitettu täyttävän ministeriön linjauksen vaatimuksia. Tuotteelle ei ole toimitettu testausraporttia, jonka perusteella hengityksensuojaimen suojauskyky olisi mahdollista todentaa. Tämän vuoksi ei ole ollut mahdollista varmistaa, että hengityksensuojain suojaa käyttäjää tarkoitetulla tavalla.

Suojain Leihuo LH KN95-01 on täyttänyt ministeriön linjauksen vaatimukset. Sitä on kuitenkin myyty linjauksen vastaisesti myös muuhun käyttöön kuin työntekijöiden suojaamiseksi koronavirukselta, mikä ei ole ollut sallittua.